



Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.310311

Центр Энерго

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 67486

Действительно до
“ 30 “ августа 20 20 г.

Средство измерений Теплосчетчик-регистратор МАГИКА (Г.р. №23302)
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений

ИВБ № МТ907150; РИ2000 №№ МР907121, МР907125, МР907123;

ПП №№ 1490, 1499, 1519, 1520, 308, 334;

(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то
приводят их перечень и заводские номера)

отсутствуют

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) _____

МТ907150

поверено ---

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений
(если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с 4218-003-89503403 МП

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.2.ГНШ.0025.2014; ММЭС Р4834 № 06214;

наименование, тип, заводской номер, (регистрационный номер (при наличии),

Р4831 №10810; ЧЗ-63 № 8903134; Г5-75 №16741

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: T = 24,6 °C, RH = 46%,

приводится перечень влияющих

Ратм. = 746мм рт.ст.

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
соответствующим установленным в описании типа метрологическим
требованиям и пригодным к применению в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Начальник отдела поверки
Должность руководителя подразделения



(Handwritten signature)
Подпись

А.А. Гатин
Инициалы, фамилия

Поверитель

Ю.А. Манохин
Инициалы, фамилия

Дата поверки

“ 30 “ августа 20 16 г.

